

以不鏽鋼切割器取所需尺寸之採樣濾紙

置於10ml共栓試管

加入3ml萃取液 Acetonitrile(使濾紙完全濕潤)

超音波震盪20分鐘 & 離心5分鐘

取上清液以HPLC/Fluorescence分析

圖 1. 超音波萃取PAHs流程

